



MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018
_ PRIMEIRA ERRATA _

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Saúde, publicou o Edital de Pregão Presencial nº 14/2018, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual aquisição de equipamentos para uso do SAMU da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão.

Ocorre que, em virtude da solicitação da Fundação Municipal de Saúde, constante dos autos, altera-se a descrição do item 03 do Termo de Referência (Anexo I) do edital, onde passa ter a seguinte redação:

Onde se lê:

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

03	Desfibrilador externo automático (DEA) bifásico. Marca Pré aprovada Physio Control	01	R\$ 19.100,00	R\$ 19.100,00	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>
----	---	----	---------------	---------------	-------------------------------------

(...)

Leia-se:

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

03	Desfibrilador Externo Automático (DEA) bifásico • Forma de Onda: Bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente; • Proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1; • Classificação de Segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1; • Frequência Cardíaca: 30 para 300 BPM, no mínimo, em exibição digital; • Possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos a partir de 01 ano de idade. • Exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições ântero-lateral ou ântero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em Derivação II, em tela de LCD. Possibilitar monitoramento do paciente apenas via cabo 3 vias de ECG. Orientação de voz em idioma Português. • Indicador de capacidade da bateria: Indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria; • Indicador de Manutenção: Exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; • Relatório: ECG contínuo.	01	R\$ 19.100,00	R\$ 19.100,00	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>
----	---	----	---------------	---------------	-------------------------------------



<p>Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas. Relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho. Relatório de atividades dos autotestes; • Comunicação: Transferência de dados sem fio para um computador pessoal; • Bateria de Lítio, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 Joules, sem a necessidade de substituição ou recarregamento da mesma. • Resistente a condições ambientais: Impacto, Queda, Vibração, Umidade Relativa, Poeira / Água, etc; Mínimo aceitável IP 55. Modo DEA: • Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação; • Sequência de energia: Múltiplos níveis, configuráveis. • Mostrador de ECG paciente: Fornece a exibição do ECG não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente. • Acessórios que acompanham o equipamento: o 02 (dois) Par de eletrodo descartável auto colante uso adulto para desfibrilação; o 01 (Uma) Bateria de Lítio; o 01 (Uma) Bolsa de transporte; o 01 (Um) Manual de instruções de operação; o 01 (Um) Cabo ECG 3 vias</p>				
---	--	--	--	--

(...)

Diante do exposto, apraza-se nova data de abertura para o dia **15/10/2018, às 14:00 horas**. O recebimento dos envelopes se dará até as 13:30 do dia 15/10/2018.

Reiteram-se as demais cláusulas do edital. Publique-se na forma da lei.

Tubarão (SC), 27 de setembro de 2018.

Daisson José Trevisol
Diretor-Presidente