

Edital de Pregão Presencial Nº 14
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 15/10/2018, às 14:00:00, na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 402 com o objetivo de EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE PREGÃO, A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 14 destinado a REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos para uso do SAMU da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

138035 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 06.316.353/0001-81

ITEM 1 - Par de pás auto adesivas descartáveis, com redutor de voltagem para utilização em paciente PEDIÁTRICO, em função de desfibrilação externa compatível com o equipamento Physio Control Medtronic Lifepak 1000. Em caso de pás auto adesivas descartáveis compatíveis (não originais), apresentar laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
138035	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	1.587,3400

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,0000	1.585,0000	

O licitante DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA pelo valor de R\$ 1.585,0000 (um mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

ITEM 2 - Par de pás auto adesivas descartáveis para utilização em paciente adulto, em função de desfibrilação externa, compatível com o equipamento Physio Control Medtronic Lifepak 1000. Em caso de pás auto adesivas descartáveis compatíveis (não originais), apresentar laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
138035	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	629,3400

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,0000	625,0000	

O licitante DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA pelo valor de R\$ 625,0000 (seiscentos e vinte e cinco reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 14
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 3 - Desfibrilador Externo Automático (DEA) bifásico - Forma de Onda: Bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente; - Proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1; - Classificação de Segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1; - Frequência Cardíaca: 30 para 300 BPM, no mínimo, em exibição digital; - Possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos a partir de 01 ano de idade. - Exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições ântero-lateral ou ântero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em Derivação II, em tela de LCD. Possibilitar monitoramento do paciente apenas via cabo 3 vias de ECG. Orientação de voz em idioma Português. - Indicador de capacidade da bateria: Indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria; - Indicador de Manutenção: Exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; - Relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas. Relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho. Relatório de atividades dos autotestes; - Comunicação: Transferência de dados sem fio para um computador pessoal; - Bateria de Lítio, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 Joules, sem a necessidade de substituição ou recarregamento da mesma. - Resistente a condições ambientais: Impacto, Queda, Vibração, Umidade Relativa, Poeira / Água, etc; Mínimo aceitável IP 55. Modo DEA: - Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação; - Sequência de energia: Múltiplos níveis, configuráveis. - Mostrador de ECG paciente: Fornece a exibição do ECG não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente. - Acessórios que acompanham o equipamento: o 02 (dois) Par de eletrodo descartável auto colante uso adulto para desfibrilação; o 01 (Uma) Bateria de Lítio; o 01 (Uma) Bolsa de transporte; o 01 (Um) Manual de instruções de operação; o 01 (Um) Cabo ECG 3 vias

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
138035	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	19.100,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,0000	19.060,0000	

O licitante DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA pelo valor de R\$ 19.060,0000 (dezenove mil sessenta reais).

ITEM 4 - Carregador de bateria Íon de Lítio para desfibrilador Lifepak 1000 (Phisyo Control)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
138035	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	5.990,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,0000	5.980,0000	

O licitante DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA pelo valor de R\$ 5.980,0000 (cinco mil novecentos e oitenta reais).

ITEM 5 - Bateria de Lítio Recarregável para LIFEPAK 1000 (Phisyo Control)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
138035	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	5.720,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,0000	5.715,0000	

O licitante DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA pelo valor de R\$ 5.715,0000 (cinco mil setecentos e quinze reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 14
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 14:50 horas do dia 15 de Outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

MATHEUS CARDOSO BARRETO - Pregoeiro
MARLETE DA SILVA SOUZA FAISCA - EQUIPE DE APOIO
ADRIANA PORTO - EQUIPE DE APOIO
DIEGO PESSOA - EQUIPE DE APOIO
MARIA DA SILVA ROSALINO - EQUIPE DE APOIO
THIAGO GEREMIAS HENRIQUE - COORDENADOR SAMU

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Vanessa Aguiar de Souza - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA