



Tubarão, 8 de Maio de 2019.

De: Guilherme Castro Alves
Coordenador do Almojarifado
Fundação Municipal de Saúde – FMS.


Guilherme Castro Alves
Coordenador de Almojarifado
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão

Para: Matheus Cardoso Barreto
Chefe de Divisão de Orçamento de Compras e Compras Diretas
Secretaria de Gestão.

Ref: Análise e Teste de Fraldas Geriátricas da **marca CK** da empresa **ALVIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, informar que o servidor Guilherme Castro Alves, coordenador do almojarifado desta fundação, fez uma análise criteriosa acerca da eficácia da fralda geriátrica da **marca CK** da empresa classificada **ALVIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**.

As amostras que o representante da empresa CK trouxe, foram submetidas a testes para verificação e confirmação de qualidade do produto fornecido, conforme exigências contidas no descritivo do edital (**PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019**). Também foram feitos testes de condições de uso do produto e inocuidade em contato com a pele, através de fornecimento de algumas unidades de fraldas de cada tamanho para alguns pacientes. Fiz no almojarifado da FMS, a verificação de eficácia do produto supracitado e simultaneamente também foram analisadas as embalagens com informações do produto fornecido.

Os produtos apresentados como amostra foram abertos no almojarifado da FMS e submetidos a alguns testes e análises pertinentes, tais como; **teste de absorção líquida, teste de vazamento líquido das barreiras laterais, e teste de fixação das fitas adesiva laterais**.

Os testes feitos no almojarifado, apontaram que as fraldas retiradas das embalagens dos tamanhos P, M, G e ExG da fralda CK, se mostraram eficazes quanto a absorção líquida.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Também se mostraram eficazes no teste de vazamento líquido das barreiras laterais e de fixação das fitas adesivas.

Não houve contestações por parte dos cuidadores dos pacientes a respeito de inocuidade em contato com a pele (**foram fornecidas apenas duas unidades de fraldas de cada tamanho para cada paciente**), porém, houve reclamação do cuidador a respeito do tamanho P, o mesmo relatou que esse tamanho ficou um pouco folgado no paciente, tendo que apertar bastante a fralda para não vazar, deixando desconfortável o paciente.

Tal pedido de análise das fraldas se faz necessário, uma vez que os pacientes do Sistema Único de Saúde e usuários do produto supracitado, já se encontram muitas vezes numa situação de enfermidade delicada, por isso a preocupação desta fundação quanto à qualidade e eficácia do produto licitado, tudo isso para garantir a segurança e o conforto dos pacientes.

A respeito de análise de informações da fralda na embalagem, conforme descritivo do edital (**PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019**) verifiquei que a embalagem o tamanho P é diferente dos demais tamanhos (**M, G e EXG**), e não contém as informações necessárias conforme descritivo do edital supracitado.

O tamanho P na embalagem está escrito a caneta, juntamente com a quantidade de fralda. Nas embalagens P, M, G e EXG, não mostra a fabricação por parte da empresa do tamanho P, e também não mostra informações de medidas dessa fralda, como cintura e peso.

A embalagem da fralda P, não mostra código de barras, portanto não sei informar se essa fralda é fabricada pela empresa e se a empresa possui informações sobre esse produto.

Nas embalagens de todos os tamanhos (P, M, G e EXG) não possui a informação de **incontinência severa**, conforme exigência do edital.

Para finalizar, todas as embalagens (P, M, G e EXG) possuem informações de lote e fabricação através de carimbo, e não impresso na embalagem conforme exigência do edital, portanto, não tenho segurança de saber se essa fralda realmente tem prazo de validade e lote vigente.

Em última análise, verifiquei que os tamanhos P e M são exatamente o mesmo tamanho.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que julgar necessário.

Guilherme Castro Alves
Coordenador de Almoxarifado
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão



**Município
de Tubarão**



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atenciosamente


Guilherme Castro Alves
Coordenador do Almojarifado
Fundação Municipal de Saúde - FMS

Guilherme Castro Alves
Coordenador de Almojarifado
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE

Rua Pedro Gomes de Carvalho, 531 | Oficinas | Tubarão/SC | 88.702-060
Fone: 48 36219600 | www.tubarao.sc.gov.br | saude@tubarao.sc.gov.br