



## COM AMOSTRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS PRÉ APROVADAS	EMPRESAS	MARCAS COTADAS E APRESENTADAS	MOTIVO
1	ALGODÃO HIDRÓFILO EMBALADO EM ROLO COM MÍNIMO DE 500 gr. Não estéril. constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalado em rolo de no mínimo 500 gramas, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50cm e regularmente compacto, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo no mínimo 24cm de largura. SOLICITADA AMOSTRA.	Cremer	SOMA	MELHORMED	REPROVADO - NÃO POSSUI CAMADA SOBREPOSTAS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADA EM TODA SUA EXTENSÃO. NÃO POSSUI PESO CONFORME ABNT.
2	ATADURA DE CREPOM 04 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm <sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 04 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacote unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA	Cremer	SAÚDE IMPERIAL	TEXCARE	REPROVADO - NÃO ATENDE O MÍNIMO EXIGIDO DA PORCENTAGEM DE ALGODÃO.

  
**Vanessa Venâncio da Silva**  
 Enfermeira  
 COREN-SC 201343 - ENF  
 Coordenadora da Atenção Básica

  
**Adriana S. Felisbino**  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

  
**Guilherme Castro Alves**  
 Coordenador de Almoço  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

  
**Daisson José Trevisol**  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

3	<p>ATADURA DE CREPOM 06 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 06 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacotes unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	Cremer	<p><b>SAÚDE IMPERIAL</b></p> <p><i>Daiisson José Trevisol</i> Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde (CNPJ: 13.660.767/0001-99)</p>	<p><b>BIOTEXTIL</b></p> <p><i>Vanessa Venâncio da Silva</i> Enfermeira - ENF COREN/SC 201343 - Básica Coordenadora da Atenção Básica</p>	<p><b>REPROVADO - NÃO ATENDE PESO DA ABNT.</b></p>
4	<p>ATADURA DE CREPOM 08 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 08 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacotes unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	Cremer	<p><b>DENTALSHOW</b></p> <p><i>Adriana S.S. Felisbino</i> Enfermeira COREN/SC 165174 Coordenadora Saúde da Mulher Município Tubarão</p>	<p><b>Guilherme Castro Alves</b> Coordenador de Mioxarifado Fundação Municipal de Saúde Município de Tubarão</p>	<p><b>REPROVADO - NÃO ATENDE O MÍNIMO EXIGIDO DA PORCENTAGEM DE ALGODÃO.</b></p>

<p>5</p> <p>ATADURA DE CREPOM 10 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacotes unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cremer</p>	<p>MEDEFE</p>	<p>CREMER</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
<p>6</p> <p>ATADURA DE CREPOM 12 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 12 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacotes unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA.</p>	<p>Cremer</p>	<p>MEDEFE</p>	<p>CREMER</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Atermação  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Vanessa Venâncio da Silva*  
 Enfermeira  
 COREN-SC 20133 - ENF  
 Coordenadora da Atuação Básica

*Adriana S.S. Feisbino*  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município de Tubarão

*Daiisson José Trevisol*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

7	<p>ATADURA DE CREPOM 15 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacotes unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	Cremer	MEDEFE	CREMER	<p><b>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</b></p>
8	<p>ATADURA DE CREPOM 20 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacotes unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	Cremer	MEDEFE	CREMER	<p><b>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</b></p>

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Almoço  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Vanessa Viana da Silva*  
 Enfermeira  
 COREN-SC 2012413 - ENF  
 Coordenadora da Atenção Básica  
 Município de Tubarão

*Adriana S.S. Felisbino*  
 Enfermeira  
 COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município de Tubarão

*Daiisson José Trevisol*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99





9	<p>COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 / 13 FIOS (pacote com 500 unid). Compressa de gaze medindo 7,5 cm x 7,5 cm 5 dobras, 8 camadas , 13 fios cm<sup>2</sup>, sem alvejante óptico, altamente absorvente e resistente, macia, com dobras para dentro da compressa, livre de impurezas, amido, manchas, fiapos, rasgos ou furos. Confeccionada em tecido 100% algodão, hidrófilo, sem filamento radiopaco, e demais características conforme ABNT. Embalado em plástico leitoso, garantindo sua integridade durante o transporte, estocagem, até o seu uso, rotulado conforme legislação em vigor, contendo 500 unidades, pesando no mínimo 480g o pacote. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.</p> <p>SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cremer; Hemogaze; Catharina</p>	<p>SAÚDE IMPERIAL</p>	<p>BIOTEXTIL</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
---	---	--	---------------------------	------------------	---

**Guilherme Castro Alves**  
Coordenador de Atoxaritado  
Fundação Municipal de Saúde  
Município de Tubarão

**Vanessa Venâncio da Silva**  
Enfermeira, ENF.  
COREN-SC 20.1343  
Coordenadora de Atenção Básica

**Adriana S.S. Felisbino**  
Enfermeira COREN SC 165174  
Coordenadora Saúde da Mulher  
Município Tubarão

**Daison José Trevisol**  
Diretor Presidente da  
Fundação Municipal de Saúde  
CNPJ: 13.660.767/0001-99

10	<p>COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5cm 13 FIOS ESTÉRIL (embalagem com 10 compressas cada). Compressa de gaze confeccionada com fios 100% algodão, hidrófila, livre de alvejantes, estéril, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, com 5 dobras e 8 camadas, 13 fios/cm2, bordas voltadas para dentro, em perfeita uniformidade entre elas, isentas de fios soltos ou que se soltem durante o manuseio tão pouco falhas em sua trama. Macia, de rápida absorção, isenta de impurezas e amido. Cada embalagem deverá conter 10 compressas, devidamente dobradas. Deve ser embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, em plástico transparente e papel, conforme especificação do fabricante e rotulado de acordo com a legislação em vigor. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cremer; Hérica</p>	<p>SOMA</p> <p>  <b>Guilherme Castro Alves</b>          Coordenador de Abastecimento          Fundação Municipal de Saúde          Município de Tubarão</p>	<p>HÉRICA</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
11	<p>EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL.          Com conexão universal, perfeita para frascos de dieta enteral de 500 ml; controle manual de gotejamento; tubo sem memória na cor azul que permita a visualização do trânsito da alimentação; pinça rolete seguro com dispositivo que permita encurtar o sistema quando necessário, ponta distal com o mínimo de 6 escalas, firme e de fácil manejo; câmara de gotejamento com o mínimo 9 ml. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>  <b>Valenice de Almeida Silva</b>          Enfermeira - ENF          COOPEN-SC 201343-0 Base          Coordenadora de Saúde</p>	<p>ISAMED</p> <p>  <b>Adriana S.S. Felisbino</b>          Enfermeira CORIN SC 165174          Coordenadora Saúde da Mulher          Município Tubarão</p>	<p>DESCARPACK</p> <p>  <b>Dairisson José Trevisol</b>          Diretor Presidente da          Fundação Municipal de Saúde          CNPJ: 13.660.767/0001-99</p>	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL - NÃO POSSUI PONTA ESCALONADA, NÃO POSSUI ENTRADA DE AR, NÃO POSSUI CÂMARA DE 9 ML, ENÃO POSSUI DISPOSITIVO PARA ENCURTAMENTO DE TUBO SEM FECHAR CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO.</p>

COM AMOSTRA

12	<p>ESPARADRAPO 10 X 4,5 (conforme praxe do fabricante) .                  Esparadrappo em tecido de 100% algodão, impermeável, branco, medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento, com adesivo uniformemente distribuído, isento de substância alergênica, com boa aderência, de fácil remoção não deixando resíduos na pele, com bordas bem acabadas, que proporcione facilidade de rasgo sem desfiamento. Enrolado de forma uniforme em carretel plástico, protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e rotulagem conforme legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cremer</p>	<p><b>PRODUVALE</b></p>	<p>CREMER</p>	<p><b>APROVADO - NÃO ENVIU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</b></p>
13	<p>ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO G (embalagem individual) . Estéril, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível com a função, com bordas atraumáticas, valvas anatômicas (Eixo longitudinal da valva: de 100 a 110mm Largura perpendicular proximal de 29mm e distal de 32mm Comprimento total: de 170 a 181mm), contornos lisos, parafuso rosqueado tipo borboleta, que permita bom rosqueamento com o aparelho promovendo articulação simétrica com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização. Permite abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados do produto conforme legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.                  SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cralplast, Vagispec</p>	<p><b>TRADE</b></p>	<p>CRALPLAST</p>	<p><b>APROVADO - NÃO ENVIU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</b></p>

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Análises de Saúde  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Vanessa Veitânico da Silva*  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343 - Básica  
 Coordenadora da Atenção Básica

*Adriana S.S. Felisbino*  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

*Daiisson José Trevisol*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

COM AMOSTRA

<p>14</p>	<p>ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO M (embalagem individual). Estéril, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível com a função, com bordas atraumáticas, valvas anatômicas (Eixo longitudinal da valva: de 90 a 95mm Largura perpendicular proximal de 29mm e distal de 32mm Comprimento total: de 156 a 171mm), contornos lisos, parafuso rosqueado tipo borboleta, que permita bom rosqueamento com o aparelho promovendo articulação simétrica com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização. Permite abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados do produto conforme legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA.</p>	<p>Cralplast, Vagispec</p>	<p>LA DALLA</p>	<p>CRALPLAST</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
-----------	---	--------------------------------	-----------------	------------------	---

**Guilherme Castro Alves**  
Coordenador de Almoço  
Fundação Municipal de Saúde  
Município de Tubarão

**Vanessa Venâncio da Silva**  
Enfermeira - ENF  
COREN-SC 201343 - ENF  
Coordenadora da Atenção Básica

**Adriana S.S. Felisbino**  
Enfermeira COREN SC 165174  
Coordenadora Saúde da Mulher  
Município Tubarão

**Daisson José Trevisol**  
Diretor Presidente da  
Fundação Municipal de Saúde  
CNPJ: 13.660.767/0001-99



COM AMOSTRA

<p>15</p>	<p>ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P (embalagem individual) Estéril, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível com a função, com bordas atraumáticas, valvas anatômicas (Eixo longitudinal da valva: 80mm Largura perpendicular proximal de 22mm e distal de 22mm Comprimento total: 143- 161mm), contornos lisos, parafuso rosqueado tipo borboleta, que permita bom rosqueamento com o aparelho promovendo articulação simétrica com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização. Permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados do produto conforme legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cralplast, Vagispec</p>	<p>DENTALSHOW</p>	<p>CRALPLAST</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
<p>16</p>	<p>GARROTE Em tecido elástico com trava processo de auto-trava e regulagem de tensão. O garrote deve ser embalado individualmente. Deve possuir registro no INMETRO. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>MEDEFE</p>	<p>MEDEFE</p>	<p>PREMIUM</p>	<p>APROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL</p>
<p>17</p>	<p>GAZE HIDRÓFILA (Bobina TIPO QUEIJO) 13 fios, confeccionada com 100% algodão, composta por três dobras e oito camadas no formato 91cmx 91m. Trazer externamente os dados de identificação conforme legislação em vigor e número de registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante e deve estar em conformidade com a ABNT14.108. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>MEDEFE</p>	<p>MEDEFE</p>	<p>BIOTEXTIL</p>	<p>REPROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA.</p>





*Guilherme Castro Alves*  
Coordenador de Almoço  
Fundação Municipal de Saúde  
Município de Tubarão

*Adriana S.S. Felisbino*  
Enfermeira COREN SC 165174  
Coordenadora Saúde da Mulher  
Município Tubarão

*Vanessa Veloso da Silva*  
Enfermeira - ENF  
COREN-SC 201343 - Básica  
Coordenadora da Atenção Básica

*Daisyson José Trevisol*  
Diretor Presidente da  
Fundação Municipal de Saúde  
CNPJ: 13.660.767/0001-99

COM AMOSTRA

	INDICADOR BIOLÓGICO P/ CONTROLE E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura de no máximo 24 horas composto por uma tira de papel, impregnado com esporos de bacilos Sterarothermophilus e ampola de vidro quebrável contendo meio de cultura específico. Embalado em caixas com 10 unidades. Rotulo para identificação, fixado ao tubete, contendo data de fabricação, validade, e nº de lote. Embalado conforme a praxe do fabricante, Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. <b>COMPATIVEL COM A INCUBADORA DA MARCA BIOCONTROL. SOLICITADA AMOSTRA.</b>		MEDEFE	MAXXIMED	APROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL
18	LUA DE PROCEDIMENTO EXTRA P (caixa com 100 unid ) Confeccionada em látex natural, talcada, flexível, dotada de punho ajustável, ambidestra. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, sem apresentar falhas e furos. Deve ser produzida de forma que o látex seja uniforme não ocasionando locais com camada mais fina que propicie a rasgadura da mesma, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Deverá ter numero de CA. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. <b>SOLICITADA AMOSTRA</b>	Descarpack/Medix	<p><b>Guilherme Castro Alves</b> Coordenador de Almoxarifado Fundação Municipal de Saúde Município de Tubarão</p> 	<p><b>Vanessa Venâncio da Silva</b> Enfermeira COREN-SC 201343 - ENF Coordenadora da Atenção Básica</p> 	<p><b>Daisson José Trevisol</b> Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde CNPJ: 13.660.767/0001-99</p> 
19			<p><b>Adriana S.S. Felisbino</b> Enfermeira COREN SC 165174 Coordenadora Saúde da Mulher Município Tubarão</p> 		<p><b>APROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL</b></p>

COM AMOSTRA

20	<p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA TAMANHO G (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana)                  COMPOSIÇÃO: nitríla; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p><b>AMG Medix</b></p>	<p>LA DALLA</p>	<p>MEDIX</p>	<p>REPROVADO - A LUVA DE PROCEDIMENTO APRESENTADA É UM OUTRO MODELO DA MARCA MEDIX, O QUAL NÃO POSSUI TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA COMO SOLICITADO NO DESCRITIVO.</p>
21	<p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA TAMANHO GG (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana)                  COMPOSIÇÃO: nitríla; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p><b>AMG Medix</b></p>	<p>LA DALLA</p>	<p>AMG MEDIX</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Almoxarifado  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Vanessa Venâncio da Silva*  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343-55624  
 Coordenadora da Atenção

*Daisson José Trevisol*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

*Adriana S.S. Felisbino*  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município de Tubarão

COM AMOSTRA

<p>22</p>	<p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA TAMANHO M (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana) COMPOSIÇÃO: nitríla; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p><b>AMG Medix</b></p>	<p><b>MEDEFE</b></p>	<p>MEDIX</p>	<p>REPROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA.</p>
<p>23</p>	<p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA TAMANHO P (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana) COMPOSIÇÃO: nitríla; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p><b>AMG Medix</b></p>	<p><b>MEDEFE</b></p>	<p>MEDIX</p>	<p>REPROVADO - A LUVA DE PROCEDIMENTO APRESENTADA É UM OUTRO MODELO DA MARCA MEDIX, O QUAL NÃO POSSUI TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA COM SOLICITADO NO DESCRITIVO.</p>

*Guilherme Castro Alves*  
Coordenador de Almoxiário  
Fundação Municipal de Saúde  
Município de Tubarão

*Vanessa Veríssimo da Silva*  
Enfermeira - ENF  
COREN-SC 201343 - ENF  
Coordenadora da Atenção Básica

*Adriana S.S. Feisbino*  
Enfermeira COREN SC 165.174  
Coordenadora Saúde da Mulher  
Município Tubarão

*Daiisson José Trevisol*  
Diretor Presidente da  
Fundação Municipal de Saúde  
CNPJ: 13.660.767/0001-99

COM AMOSTRA

<p>24</p>	<p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA TAMANHO PP (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana)                  COMPOSIÇÃO: nitríla; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p><b>AMG Medix</b></p>	<p><b>MEDEFE</b></p>	<p><b>MEDIX</b></p>	<p><b>REPROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA.</b></p>
-----------	--	-------------------------	----------------------	---------------------	---

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Aterramento  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão


*Vanessa Venâncio da Silva*  
 Enfermeira  
 COREN-SC 201343 - Básica  
 Coordenadora da Atenção Básica

*Adriana S.S. Felisbino*  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão


*Daiisson José Trevisol*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

COM AMOSTRA

<p>25</p>	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Seringa descartável 1 ml, estéril, s/ agulha, c/ rosca, com capacidade para 1 ml, confeccionada em polipropileno, fabricada e embalada em conformidade com a NBR Nº 9752/87 e legislação sanitária vigente, composta por cilindro, embolo. O dispositivo de segurança deverá garantir total impossibilidade de contato com a agulha e seu conteúdo biológico, bem como estar em conformidade com a NR32 do M.T.E. Apresentar escala graduada em ml, com volume total de 1 ml, graduação com intervalo 0,1 em 0,1 com subdivisão 0,01 ml. Bico luer lock, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas. Com embolo confeccionado em plástico; com haste e base de apoio, moldadas de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos Com pistão confeccionado em borracha, devidamente fixado na parte proximal da haste, em formato capaz de favorecer e facilitar a perfeita visualização da dosagem e evitar vazamento do líquido/fluido, além de assegurar perfeito e suave deslizamento em todo o cilindro. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. SOLICITADA AMOSTRA.</p>	<p>BD</p>	<p>SANIMED</p>	<p>SR</p>	<p><b>REPROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA.</b></p>
-----------	--	-----------	----------------	-----------	---

  
**Guilherme Castro Alves**  
 Coordenador de Almoxtarifado  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

  
**Vanessa Venancio da Silva**  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343 - Básica  
 Coordenadora da Atenção Básica

  
**Daisson Jose Trevisol**  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

  
**Adriana S.S. Felisbino**  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

COM AMOSTRA

<p>26</p>	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 12,7x0,3, cap t-100 insulina, com agulha (det.) sem dispositivo de segurança. Seringa descartável de polipropileno, sem dispositivo segurança bico universal, corpo translúcido, silicizada internamente, graduação exata e resistente, capacidade T - 100 insulina, com agulha aproximadamente 12,7x0,3, estéril embalagem unitária, registro no MS. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>BD</p>	<p>PRODUVALE</p>	<p>SOLIDOR</p>	<p>REPROVADO - A AMOSTRA APRESENTADA ESTÁ COM VALIDADE VENCIDA HÁ 2 ANOS (2017). A AGULHA É MAIOR QUE O SOLICITADO NO EDITAL 13X0,3. POSSUI O SEU TRIFACETADO MAL ACABADO E TRAUJÁTICO.</p>
-----------	---	-----------	------------------	----------------	---

**Guilherme Castro Alves**  
 Coordenador de Almoço  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

**Vanessa Verônica da Silva**  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343 - ENF  
 Coordenadora de Atenção Básica

**Adriana S.S. Feisbino**  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 165174  
 Coordenadora de Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

**Daisson José Trevisol**  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

<p>27</p>	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Seringa descartável, estéril, 3 ml, s/ agulha, c/ rosca, confeccionada em polipropileno, fabricada e embalada em conformidade com a NBR N° 9752/87 e legislação sanitária vigente, composta por cilindro, embolo. O dispositivo de segurança deverá garantir total impossibilidade de contato com a agulha e seu conteúdo biológico, bem como estar em conformidade com a NR32 do M.T.E. Apresentar escala graduada em ml, com volume total de 3ml. Bico luer lock capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas, scalpels e sondas. Com embolo confeccionado em plástico; com haste e base de apoio, moldadas de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos Com pistão confeccionado em borracha, devidamente fixado na parte proximal da haste, em formato capaz de favorecer e facilitar a perfeita visualização da dosagem e evitar vazamento do líquido/fluido, além de assegurar perfeito e suave deslizamento em todo o cilindro. Deverá ser embalada individualmente em material estéril compatível, devidamente termoselado de forma a favorecer a abertura e transferência com técnica asséptica (com proteção dupla, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida com abertura em pétala), manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulados conforme a legislação em vigor. Registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA.</p>	<p>BD</p>	<p>SOMA</p>	<p>BD</p>	<p><b>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</b></p>
-----------	---	-----------	-------------	-----------	--

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Altoparlante  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Adriana S.S. Felisbino*  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município de Tubarão

*Vanessa Venâncio da Silva*

Vanessa Venâncio da Silva  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343 - ENF  
 Coordenadora de Atenção Básica

*Daisson José Trevisol*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99



COM AMOSTRA

28

SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER SLIP: Seringa descartável 5 ml, estéril, s/ agulha, com capacidade para 5 ml, confeccionada em polipropileno, fabricada e embalada em conformidade com a NBR Nº 9752/87 e legislação sanitária vigente, composta por cilindro, embolo. Apresentar escala graduada em ml, com volume total de 5ml. Bico luer slip capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas, scalps e sondas. Com embolo confeccionado em plástico; com haste e base de apoio, moldadas de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos Com pistão confeccionado em borracha, devidamente fixado na parte proximal da haste, em formato capaz de favorecer e facilitar a perfeita visualização da dosagem e evitar vazamento do líquido/fluido, além de assegurar perfeito e suave deslizamento em todo o cilindro. O dispositivo de segurança deverá garantir total impossibilidade de contato com a agulha e seu conteúdo biológico, bem como estar em conformidade com a NR32 do M.T.E. Deverá ser embalada individualmente em material estéril compatível, devidamente termoselado de forma a favorecer a abertura e transferência com técnica asséptica (com proteção dupla, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida com abertura em pétala), manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulados conforme a legislação em vigor. Registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.SOLICITADA AMOSTRA.

BD

SOMA

BD

APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.

*Guilherme Castro Alves*  
Coordenador de Atenção à Saúde  
Fundação Municipal de Saúde  
Tubarão - SC

*Adriana S.S. Feisbino*  
Enfermeira COREN SC 165174  
Coordenadora de Saúde da Mulher  
Município de Tubarão

*Daisson José Trevisol*  
Diretor Presidente da  
Fundação Municipal de Saúde  
CNPJ: 13.660.767/0001-99

*Vanessa Venâncio da Silva*  
Enfermeira - ENF  
COREN-SC 201343 - ENF  
Coordenadora da Atenção Básica

COM AMOSTRA

<p>29</p>	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK: Seringa descartável 5 ml, estéril, s/ agulha, c/ rosca, com capacidade para 5 ml, confeccionada em polipropileno, fabricada e embalada em conformidade com a NBR Nº 9752/87 e legislação sanitária vigente, composta por cilindro, embolo. Apresentar escala graduada em ml, com volume total de 5ml. Bico luer lock capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas, scalp e sondas. Com embolo confeccionado em plástico; com haste e base de apoio, moldadas de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos Com pistão confeccionado em borracha, devidamente fixado na parte proximal da haste, em formato capaz de favorecer e facilitar a perfeita visualização da dosagem e evitar vazamento do líquido/fluido, além de assegurar perfeito e suave deslizamento em todo o cilindro. O dispositivo de segurança deverá garantir total impossibilidade de contato com a agulha e seu conteúdo biológico, bem como estar em conformidade com a NR32 do M.T.E. Deverá ser embalada individualmente em material estéril compatível, devidamente termoselado de forma a favorecer a abertura e transferência com técnica asséptica (com proteção dupla, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliâmida com abertura em pétala), manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulados conforme a legislação em vigor. Registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.SOLICITADA AMOSTRA.</p>	<p>BD</p>	<p>SOMA</p>	<p>BD</p>	<p>BD</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
-----------	---	-----------	-------------	-----------	-----------	---

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Almoxarifado  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Adriana S.S. Felisbino*  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

*Daisson José Trevisol*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

*Vanessa Venâncio da Silva*  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343 - SCS/Ce  
 Coordenadora da Atenção Básica

COM AMOSTRA

		BD	MEDEFE	INJEX	REPROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA.
30	SERINGA DESCARTÁVEL 6X0.25, cap t- 100 insulina, com agulha (det.) sem dispositivo de segurança. Seringa descartável de polipropileno, sem dispositivo segurança bico universal, corpo translúcido, siliconizada internamente, graduação exata e resistente, capacidade T - 100 insulina, com agulha aproximadamente 6X0.25, estéril embalagem unitária, registro no MS. SOLICITADA AMOSTRA				
31	SONDA ENTERAL n10 Sonda enteral, número 10, descartável, estéril, atóxica, utilizada para administração de nutrição enteral, nasojejunal, em poliuretano puro, transparente, radiopaca, flexível, com 1,20 m de comprimento, com marcação em cm, ponta de tungstênio, orifícios laterais, com conector em Y e mandril guia com ponta romba. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto na ANVISA, boas práticas de fabricação e obedecer todas as legislações em vigor. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA		SOMA	SOLUMED	APROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL

**Guilherme Castro Alves**  
 Coordenador de Altoprocurado  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

**Vanessa Venâncio da Silva**  
 Enfermeira  
 COREN-SC 201343 - ENF  
 Coordenadora de Atenção Básica

**Daiisson Jose Trevisol**  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

**Adriana S. Felisbino**  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

COM AMOSTRA

32	<p>SONDA ENTERAL n12. Sonda enteral, número 12, descartável, estéril, atóxica, utilizada para administração de nutrição enteral, nasojejunal, em poliuretano puro, transparente, radiopaca, flexível, com 1,20 m de comprimento, com marcação em cm, ponta de tungstênio, orifícios laterais, com conector em Y e mandril guia com ponta romba. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA</p>		SOMA	SOLUMED	APROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL
33	<p>SONDA FOLEY 2 vias em látex siliconizado com balão N° 12 Sonda foley estéril, siliconizada, indicada para cateterismo vesical de demora, fabricada em látex siliconizado, atóxica, apirogênica, descartável. Embalada individualmente em papel grau conforme legislação em vigor e número de registro no Ministério da Saúde. Com abertura que garanta transferência com técnica asséptica, protegida por embalagem plástica. Esterilizada em óxido de etileno. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA</p>	Solidor	METROMED	SOLIDOR	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Almoxtafado  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Adriana S.S. Felisbino*  
 Enfermeira COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

*Dairisson José Trivisoli*  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

*Vanessa Venâncio da Silva*  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343 - Básica  
 Coordenadora de Atenção Básica

COM AMOSTRA

<p>34</p>	<p>Sonda FOLEY 2 vias em látex siliconizado com balão N° 14 Sonda foley estéril, siliconizada, indicada para cateterismo vesical de demora, fabricada em látex siliconizado, atóxica, apirogênica, descartável. Embalada individualmente em papel grau conforme legislação em vigor e número de registro no Ministério da Saúde. Com abertura que garanta transferência com técnica asséptica, protegida por embalagem plástica. Esterilizada em óxido de etileno. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA</p>	<p>Solidor</p>	<p>METROMED</p>	<p>SOLIDOR</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
<p>35</p>	<p>Sonda FOLEY 2 vias em látex siliconizado com balão N° 16 Sonda foley estéril, siliconizada, indicada para cateterismo vesical de demora, fabricada em látex siliconizado, atóxica, apirogênica, descartável. Embalada individualmente em papel grau conforme legislação em vigor e número de registro no Ministério da Saúde. Com abertura que garanta transferência com técnica asséptica, protegida por embalagem plástica. Esterilizada em óxido de etileno. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA</p>	<p>Solidor</p>	<p>PRODUVALE</p>	<p>SOLIDOR</p>	<p>APROVADO - NÃO ENVIU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>

*Guilherme Castro Alves*  
Coordenador de Amoxifado  
Fundação Municipal de Saúde  
Município de Tubarão

*Adriana S.S. Felisbino*  
Enfermeira COREN SC 165174  
Coordenadora Saúde da Mulher  
Município de Tubarão

*Vanessa Venâncio da Silva*  
Enfermeira - ENF  
COREN-SC 201343 - Mencionada  
Coordenadora de Atenção Básica

*Dairsson José Trevisol*  
Diretor Presidente da  
Fundação Municipal de Saúde  
CNPJ: 13.660.767/0001-99

COM\_AMOSTRA

36	<p>SONDA FOLEY 2 vias em látex siliconizado com balão N° 18</p> <p>Sonda foley estéril, siliconizada, indicada para cateterismo vesical de demora, fabricada em látex siliconizado, atóxica, apirogênica, descartável. Embalada individualmente em papel grau conforme legislação em vigor e número de registro no Ministério da Saúde. Com abertura que garanta transferência com técnica asséptica, protegida por embalagem plástica. Esterilizada em óxido de etileno. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA</p>	Solidor	PRODUVALE	SOLIDOR	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>
37	<p>SONDA FOLEY 2 vias em látex siliconizado com balão N° 22</p> <p>Sonda foley estéril, siliconizada, indicada para cateterismo vesical de demora, fabricada em látex siliconizado, atóxica, apirogênica, descartável. Embalada individualmente em papel grau conforme legislação em vigor e número de registro no Ministério da Saúde. Com abertura que garanta transferência com técnica asséptica, protegida por embalagem plástica. Esterilizada em óxido de etileno. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA</p>	Solidor	PRODUVALE	SOLIDOR	<p>APROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA, POIS ESTÁ COTANDO MARCA PRÉ APROVADA.</p>

*Guilherme Castro Alves*  
 Coordenador de Acompanhamento  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

*Adriana S. Felisbina*  
 Enfermeira  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99

*Vanessa Venâncio da Silva*  
 Enfermeira  
 COREN-SC 201343 - ENF  
 Coordenadora de Atenção Básica


COM AMOSTRA

<p>38</p>	<p>SONDA FOLEY 2 vias em látex siliconizado com balão N° 24 Sonda foley estéril, siliconizada, indicada para cateterismo vesical de demora, fabricada em látex siliconizado, atóxica, apirogênica, descartável. Embalada individualmente em papel grau conforme legislação em vigor e número de registro no Ministério da Saúde. Com abertura que garante transferência com técnica asséptica, protegida por embalagem plástica. Esterilizada em óxido de etileno. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, nº lote, data fabricação e prazo de validade, nº registro MS. Rótulo obedecendo à legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITAR AMOSTRA</p>	<p>Solidor</p>	<p>TRADE</p>	<p>CIRUFOLEY</p>	<p>APROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL</p>
-----------	--	----------------	--------------	------------------	---

  
**Vanessa Veríssimo da Silva**  
 Enfermeira - ENF  
 COREN-SC 201343 - Bacia  
 Coordenadora de Atenção Básica

  
**Guilherme Castro Alves**  
 Coordenador de Atividade  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Município de Tubarão

  
**Adriana S.S. Felisbino**  
 Enfermeira - COREN SC 165174  
 Coordenadora Saúde da Mulher  
 Município Tubarão

  
**Daisson José Trevisol**  
 Diretor Presidente da  
 Fundação Municipal de Saúde  
 CNPJ: 13.660.767/0001-99