



**MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020**

**\_ PRIMEIRA ERRATA \_**

*Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de aparelhos de pressão, estetoscópio, braçadeiras, sondas de gastrostomia, luvas, máscaras e outros materiais de consumo médicos hospitalares a serem utilizados pela rede de serviços da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão /SC.*

Diante de impugnação formalizada por empresa interessada no certame em epígrafe, e após análise e manifestação da Fundação Municipal de Saúde, decide-se retificar o referido edital em relação a especificação detalhada do item “42” - LOTE 37 do Termo de Referência (Anexo I). Onde passa ter a seguinte redação:

**6. DESCRIÇÃO DO OBJETO**

[...]



N. do Lote	N. Item	Cód. Material	Nome do Material	Quantidade	Apresentação	Valor unit. referência	Valor total referência	Marca pré-qualificada
37	42	73012713	<i>MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA – CAIXA COM 50 UNIDADES. Cor branca ou azul clara ou verde clara. Todas as camadas devem ser constituídas de 100% polipropileno, e a camada intermediária deve possuir filtro do tipo Spunbon Meltblown Spunbond (SMS), garantindo poros filtrantes reduzidos. Deve assegurar filtragem de no mínimo 95% para partículas de 1 a 2 micras, comprovado por laudo de órgão competente. Deve possuir dispositivo para fixação por dois elásticos roliços 3mm de espessura, com 17,5cm a 18cm de comprimento cada. Com três pregas horizontais para facilitar o encaixe ao rosto. O material SMS deve ter registro na ANVISA, seguindo as normas da ABNT. Formato retangular e com os seguintes tamanhos: altura com pregas fechadas: 8 a 10cm, largura: 17,5 a 19 cm. Isenta de fiapos ou imperfeições. Hipoalergênica. Não Inflamável. Deve possuir clipe nasal interno achatado medindo no mínimo 10cm. A costura deve ser ultrassônica, inclusive na inserção do elástico ao corpo da máscara. Apresentado em caixa com 50 unidades. Deve apresentar registro no Ministério da Saúde. <b>Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</b></i>	2500	CAX	R\$ 64,43	R\$ 161.075,00	

[...]

Apraza-se nova data de abertura da licitação para o dia **20/10/2020**, às **14 horas**, com o recebimento dos envelopes até as 13 horas e 30 minutos do mesmo dia.

Reiteram-se as demais cláusulas do edital. Publique-se na forma da lei.

Tubarão (SC), 01 de outubro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Daisson José Trevisol  
Diretor-Presidente