

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020/FMS

IMPUGNANTE: MAGNUM IMPORT

Diante do parecer técnico, nos termos que seguem, julga-se **IMPROCEDENTE** a impugnação interposta pela empresa supramencionada:

“Em resposta aos apontamentos realizados pela empresa MAGNUM IMPORT, inscrita no CNPJ/MF n. 11.462.374/0001-45, com sede Av General Flores da Cunha, 580 – Sala 907/909 – Santo Angelo – Cachoeirinha/RS, referentes ao Pregão Eletrônico nº 025/2020, informamos que, conforme o próprio elenco de testes anexado ao documento de impugnação demonstra, há, no mercado, pelo menos 06 (seis) marcas com índice de sensibilidade superior a 93%, sendo elas:

FABRICANTE	NOME DO TESTE	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL	
ECO Diagnóstica	COVID-19 Ag C ECO Teste - TR.0085	POSITIVO	53	1	54
		NEGATIVO	2	195	197
		TOTAL	55	196	251
	SENSIBILIDADE	96%			
	ESPECIFICIDADE	99%			
	PRECISÃO	NÃO INFORMADO			
FABRICANTE	NOME DO TESTE	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL	
ECO Diagnóstica	COVID Ag Oral ECO Detect TR.0086	POSITIVO	59	2	61
		NEGATIVO	3	84	87
		TOTAL	62	86	148
	SENSIBILIDADE	95%			
	ESPECIFICIDADE	98%			
	PRECISÃO	NÃO INFORMADO			
FABRICANTE	NOME DO TESTE	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL	
SD Biosensor	Teste Rápido de Antígeno SARS- Cov-2	POSITIVO	111	1	112
		NEGATIVO	4	310	314
		TOTAL	115	311	426
	SENSIBILIDADE	99,52% (111/112 IC de 95% 91,33-99,04%)			
	ESPECIFICIDADE	99,68% (310/314, IC de 95% 98,22-99,99%)			
	PRECISÃO	NÃO INFORMADO			



FABRICANTE NOME DO TESTE		POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL	
RapiGen	RapiGen BIOCREDIT COVID- 19 Ag	POSITIVO	23	2	25
		NEGATIVO	1	49	50
		TOTAL	24	51	75
		SENSIBILIDADE	95,8% (78,9% - 99,9%)		
		ESPECIFICIDADE	96,1% (86,5% - 99,5%)		
		PRECISÃO	100%		
FABRICANTE NOME DO TESTE		POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL	
HUMASIS	HUMASIS COVID- 19 Ag	POSITIVO	25	0	25
		NEGATIVO	0	20	20
		TOTAL	25	20	45
		SENSIBILIDADE	100% (95%CI: 86,7% - 100%)		
		ESPECIFICIDADE	100% (95%CI: 83,9% - 100%)		
		PRECISÃO	NÃO INFORMADO		
FABRICANTE NOME DO TESTE		POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL	
BTNX	Rapid Response COVID-19 Antígeno Rapid Test Device	POSITIVO	52	0	52
		NEGATIVO	3	161	164
		TOTAL	55	161	216
		SENSIBILIDADE	94,55% (83,93% - 98,58%)		
		ESPECIFICIDADE	100% (97,1% - 100%)		
		PRECISÃO	98,61% (95,66% - 99,64%)		

Desta forma, considerando que a existência de pelo menos 06 marcas de testes com índice de sensibilidade superior a 93% não impede a ampla concorrência e ainda aumenta a confiabilidade dos resultados obtidos, garantindo a oferta de testes de melhor qualidade para a população, opta-se pelo INDEFERIMENTO do pedido da empresa impugnante.”

Tubarão, 15 de dezembro de 2020.

DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde