

**MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2021**  
**\_ PRIMEIRA ERRATA \_**

*Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de materiais de Atendimento Pré-Hospitalar para o 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Tubarão.*

Diante de pedidos de esclarecimentos e impugnação, formalizadas por empresas interessadas no certame em epígrafe e, após análise e manifestação do corpo técnico do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, decide-se retificar a descrição dos *itens* “53”, “79”, “80” e “81”, acostado no item “2. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**” - Anexo I do edital, que terão a seguinte redação:

Leia-se:

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

[...]

**2. *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:***

[...]

**ITEM 053 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) BIFÁSICO** - Forma de Onda: Bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente; Proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1; Classificação de Segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1; Frequência Cardíaca: 30 para 300 BPM, no mínimo, em exibição digital; Possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos a partir de 01 ano de idade; Exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições Antero-lateral ou Antero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em Derivação II, em tela de LCD; Possibilitar monitoramento do paciente apenas via cabo 3 vias de ECG; Orientação de voz em idioma Português; Indicador de capacidade da bateria: Indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria; Indicador de Manutenção: Exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; Relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas; Relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho; Relatório de atividades dos auto-testes; Comunicação: ***Transferência de dados para um computador pessoal***; Bateria de Lítio, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 Joules, sem a necessidade de substituição ou

recarregamento da mesma; Resistente a condições ambientais: Impacto, Queda, Vibração, Umidade Relativa, Poeira / Água, etc; Mínimo aceitável IP 55.

Modo DEA - Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação; Seqüência de energia: Múltiplos níveis, configuráveis.

Modo ECG - Mostrador de ECG paciente: Fornece a exibição do ECG não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente.

Acessórios que acompanham o equipamento: 01 (Um) Par de eletrodo descartável autocolante uso adulto para desfibrilação; 01 (Uma) Bateria de Lítio do tipo não recarregável; 01 (Uma) Bolsa de transporte; 01 (Um) Manual de instruções de operação; 01 (Um) Cabo ECG 3 vias. Apresentar catálogo técnico juntamente a proposta.

[...]

**ITEM 070 – LUVA DE PROCEDIMENTO P** – Luvas de procedimento não cirúrgico fabricada em látex de borracha natural, ambidestra superfície lisa, punho com bainha e pó absorvível atóxico tamanho “P” caixa com 100 unidades. *Apresentar certificado de aprovação (CA) no Ministério do Trabalho para agentes biológicos válido e registro do produto no Ministério da Saúde (ANVISA) válido, juntamente a proposta de preços.*

**ITEM 080 - LUVA DE PROCEDIMENTO M** – Luvas de procedimento não cirúrgico fabricada em látex de borracha natural, ambidestra superfície lisa, punho com bainha e pó absorvível atóxico tamanho “M” caixa com 100 unidades. *Apresentar certificado de aprovação (CA) no Ministério do Trabalho para agentes biológicos válido e registro do produto no Ministério da Saúde (ANVISA) válido, juntamente a proposta de preços.*

**ITEM 081 - LUVA DE PROCEDIMENTO G** – Luvas de procedimento não cirúrgico fabricada em látex de borracha natural, ambidestra superfície lisa, punho com bainha e pó absorvível atóxico tamanho “G” caixa com 100 unidades. *Apresentar certificado de aprovação (CA) no Ministério do Trabalho para agentes biológicos válido e registro do produto no Ministério da Saúde (ANVISA) válido, juntamente a proposta de preços.*

[...]

Diante do exposto, reabre-se a data para a abertura do presente processo licitatório, para dia 08/12/2021 às 14:00 horas. A entrega dos envelopes será até as 13:30 do mesmo dia.

Reiteram-se as demais cláusulas do edital. Publique-se na forma da lei.

Tubarão (SC), 24 de novembro de 2021.

---

Joares Carlos Ponticelli  
Prefeito