

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tubarão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO
Pregão Eletrônico - 12/2023

Resultado da Homologação

0001 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR / Tira reagente para detecção de glicemia capilar abrangendo do neonato, criança, adulto, gestante ao idoso, com leitura através de fotometria ou amperometria, usando a metodologia de aspiração capilar, evitando contato de agentes biológicos com o aparelho. Faixa de medição de 20 a 600 mg/dl, aceitando valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. Utilizando qualquer química enzimática, exceto GDH-PQQ ou mult-GDH, conforme alertas ANVISA 992/2009 e 1596/2015. Amostra sanguínea entre 0,3 e 0,9 microlitros (para uma melhor acurácia no resultado) e tempo de leitura máximo de 5 segundos. As tiras deverão ser embaladas em caixas com 50 unidades, devendo constar no rótulo o nº. do lote e do registro no Ministério da Saúde/ANVISA, data de fabricação e validade (igual ou superior a 12 meses), composição e procedência. Temperatura de operação entre 05°C e 45°C, e ser indicado ...(Conforme Edital) - Match II GDH - Valor Referência: 0,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Match II GDH	1.800.000 Tira	0,16	288.000,00	Homologado em 19/02/2024 14:55:53 Por: Jairo dos Passos Cascaes

0002 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL / 28G/1.8mm, em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível com a finalidade, tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade (igual ou superior a 12 meses) e número de registro no Ministério da Saúde. Atender as determinações na NR 32, parágrafo 32.2.4.15 e 32.2.4.16. Portaria 485, de 11 de novembro de 2005. - Auto Lanceta de Segurança - Valor Referência: 0,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Auto Lanceta de Segurança	1.800.000 Pacote	0,08	144.000,00	Homologado em 19/02/2024 14:55:58 Por: Jairo dos Passos Cascaes

Jairo dos Passos Cascaes
Autoridade Competente

